

PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (07.2015)

Fabricant	Autopiqueurs classiques				Lancettes correspondantes		
	Nom	Nombre de positions de piqûres possible	Prélèvement sur site alternatif (AST) * possible ?	Remarques	Nom	Présentation	Particularités
ROCHE	Accu-Chek FastClix	11	oui	- Facile à utiliser : armer et déclencher en un clic - Cartouche avec 6 lancettes intégrées : pas de contact direct avec la lancette : moins de gestes à effectuer - Moins de risque de blessure - Impossible de réutiliser le barillet usagé - Durabilité de l'appareil : >5000 piqûres - Profondeur de la piqûre : 0,7 à 2,2 mm	Accu-Chek FastClix lancettes	- Barillet avec 6 lancettes - Boites de 4 x 6 et 34 x 6 lancettes	- Diamètre 0,3 mm - Non siliconées - Géométrie à 3 facettes - Piqûre moins douloureuse grâce à la technologie Softmotion - Cartouche usagée repérable à la bande rouge et non réutilisable. - Peut être jeté à la poubelle ménagère
BAYER	Microlet 2	3	non	- Stylo facile à tenir en main - Elimination des lancettes usagées par pression simultanée sur le bouton de déclenchement et le mécanisme de ré-armement.	Microlet lancettes	Boite de 200 pces	- Lancettes siliconées - 7 couleurs différentes, pour rappeler qu'il faut changer à chaque fois de lancette (par ex : 1 couleur par jour)
BAYER	Glucolet 2 lancette Minilet	2	oui	- Pratique pour patient avec mobilité manuelle limitée car prise en main aisée. - Aucun contact avec l'aiguille, ni pendant l'utilisation, ni pendant l'élimination -> aucun risque de blessure ni d'infection croisée - L'élément amovible de la lancette est complètement éliminé. - Peut-être destiné à un usage professionnel	Minilet Lancettes	Boite de 25 ou 200 pces	Lancette recouverte d'un embout de protection Minilet : sécurité et prélèvements hygiéniques
LIFESCAN	One Touch Ultrasoft	7	oui	- Piqûre moins douloureuse grâce aux lancettes ayant une pointe très fine	One Touch Ultrasoft lancettes	Boite de 200 pces	- Diamètre 0,4 mm (33G)
LIFESCAN	One Touch Delica	7	non	- Piqûre moins douloureuse car à la technologie Advanded glide® - Système d'éjection des lancettes usagées sans contact	One Touch Delica Lancettes	Boite de 200 pces	- Diamètre 0,2 mm (30G)



PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (07.2015)

Fabricant	Autopiqueurs classiques				Lancettes correspondantes		
	Nom	Nombre de positions de piqûres possible	Prélèvement sur site alternatif (AST) * possible ?	Remarques	Nom	Présentation	Particularités
ABBOTT	Freestyle	4	oui	- Petit format - Livré avec le set Freestyle Freedom Lite et Freestyle Lite	Thin lancettes	Boite de 50 ou 200 pces	- Diamètre 0,3 mm (28G)
ABBOTT	Easy Touch	8	non	- Format ergonomique - Livré avec le set Precision Xceed	Thin lancettes	Boite de 50 ou 200 pces	- Diamètre 0,3 mm (28G)
SANOFI-AVENTIS	BGStar	8	oui	- Livré avec le Set BGStar® et iBGStar® - Compatible avec les lancettes BGStar® (plus disponibles) et les lancettes MyStar SylkFeel ® - Embout transparent	MyStar SylkFeel lancettes	Boite de 2x 100 pces	- Diamètre 0,2 mm (33G) - Siliconées, sans latex
SANOFI-AVENTIS	MyStar SylkFeel	5	oui	- Anti-vibration - Ejection des lancettes usagées sans contact - Utilisation optimale avec les lancettes BGStar® et MyStar SylkFeel. Les lancettes stériles BD-Ultra Fine sont également compatibles.	MyStar SylkFeel lancettes	Boite de 2x 100 pces	- Diamètre 0,2 mm (33G) - Siliconées, sans latex
YPSOMED	Mylife Softlance	7	oui	- Technologie anti-vibration permet une piqûre en douceur - Ejection hygiénique de la lancette sans contact - Système de protection pour empêcher les piqûres par armement accidentel lors du changement de lancette	Mylife lancettes / lancettes multicolores	Boite de 200 pces	- Diamètre de 30G - Pointe à triple biseau pour une piqûre nette et douce - Longueur d'aiguille constante pour un prélèvement sanguin optimal (3,3 mm)
YPSOMED	Mylife AutoLance	7	oui	- Fonction de chargement et de déclenchement en une seule étape - Contrôle automatique de pression pour une piqûre presque indolore - Bouton de sécurité pour empêcher un déclenchement accidentel	Mylife lancettes / lancettes multicolores	Boite de 200 pces	- Diamètre de 30G - Pointe à triple biseau pour une piqûre nette et douce - Longueur d'aiguille constante pour un prélèvement sanguin optimal (3,3 mm)




PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (07.2015)

Fabricant	Autopiqueurs classiques				Lancettes correspondantes		
	Nom	Nombre de positions de piqûres possible	Prélèvement sur site alternatif (AST) * possible ?	Remarques	Nom	Présentation	Particularités
A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Glucoject Dual Plus	5	oui	- Technologie Zone de confort (8 points de pressions à l'extrémité de l'autopiqueur) permet une piqûre en douceur - Est livré avec le glucomètre Glucomen LX Plus - Possibilité de régler la force de la piqûre - Touche d'éjection	Glucoject lancettes Plus	Boite de 25 ou 200 pces	- Diamètre de 33 G - Pointe en biseau pour une piqûre nette et douce - Collecteur de déchets (aiguilles + lancettes)
AXAPHARM	Healthpro autopiqueur	5	oui	- Ejection hygiénique de la lancette sans contact - Livré avec le glucomètre Axapharm Healthpro	Healthpro lancettes	Boîte de 200 pces	- Diamètre 0,3 mm (28G)

* Les sites alternatifs possibles (AST) sont les suivants :

- main (base du pouce et de l'auriculaire),
- bras,
- avant-bras,
- mollet,
- cuisse



Références :

http://www.diabetesgesellschaft.ch/fr/
https://www.abbottdiabetescare.ch
https://www.accu-chek.fr et https://www.accu-chek.ch
http://www.bayerdiabetes.ch
http://www.lifescan.fr
http://fr.bgstar.ch
http://www.mylife-direct.ch et http://www.mylife-diabetescare.fr
http://www.fr.menarinidiagnostics.ch
http://www.axapharm.ch



PANEL COMPARATIF DES AUTOPIQUEURS ET LANCETTES CORRESPONDANTES (07.2015)

Pour l'utilisation professionnelle :

Autopiqueurs à usage unique, pour l'utilisation professionnelle						
Fabr.	**ROCHE**	**YPSOMED**	**A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL**	**BD**	**B. BRAUN**	**OWEN MUMFORD**
Nom	Accu-Chek Safe-T-Pro Plus	Mylife Safety Lancets	Securlancet unik lancettes	BD Microtainer Lancettes	Solofix Safety lancettes	Unistik 3 lancette
Caractéristiques	- 3 profondeurs de piqûre possibles : 1,3 - 1,8 - 2,3 mm - Possibilité de faire de l'AST - Mode d'emploi : https://www.accu-chek.fr/documents/safetproplus_mode_emploi.pdf - Boite de 200 pces	- Profondeur de piqûre et diamètre : 28 G x 2,2 mm - Stérilité garantie par le capuchon protecteur (pas de contamination) - Inutilisable après emploi grâce au système de verrouillage - Boite de 200 pces	- 2 profondeurs et diamètre différents : 23 G x 2 mm 29 G x 1,5 mm - Aiguille automatiquement rétractable avec système de séquestration. - Boite de 200 pces	- Précis - Ergonomique - Activation automatique par simple contact avec la peau - Profondeur de piqûre: 1,5-mm - Diamètre des aiguilles : 30G - Boite de 200 pces	- 2 profondeurs et diamètre différents : 25G X 1,5 mm 21G x 1,8 mm - Pour la néonatologie : 0,8 X 2mm - Boite de 200 pces	- Ergonomique et facile d'emploi - Aiguille rétractable après la piqûre - technologie zone de confort avec 8 points surélevés pour une piqûre moins douloureuse - indicateur de verrouillage empêche la réutilisation - 4 tailles différentes : 23G (normal), 28G (confort), 21G (extra), 18G (néonatologie) - Boite de 100 pces

Conditions de remboursement des accessoires d'insulinothérapie en Suisse (état au 09.07.2015) :

- Pour les diabétiques de types 1 et 2 traités à l'insuline, ainsi que pour les femmes qui souffrent d'un diabète gestationnel, le remboursement des bandelettes se fait sans restriction quantitative. Par contre, pour les patients traités sans insuline, le remboursement est limité à 400 bandelettes par an.
- Les bandelettes pour la mesure des corps cétoniques, les tampons alcooliques ainsi que les lancettes pour autopiqueurs sont remboursés sans limitation
- Le remboursement des lecteurs de glycémie (avec ou sans accessoires de prélèvement intégré) est limité à un appareil chaque 2 ans
- Les lecteurs de glycémie avec indicateur sonore sont remboursés pour les personnes aveugles ou fortement handicapées de la vue, à raison d'un appareil chaque 3 ans.

Référence : www.bag.admin.ch/lima; LiMA, liste des moyens et appareils, 01.2013

Document créé par N. Marcoz (07.2013). Validé par Drs Hagon-Traub et Jornayvaz
Dernière révision 07.2015. Prochaine révision prévue en novembre 2015